























Standard szimbólumok jegyzéke

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.1	Gyártó	Az orvostechnikai eszköz gyártóját jelöli a 90/385/EGK, 93/42/EGK és 98/79/EGK irányelv és az EU 2017/745 rendelet szerint.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.2	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Európai Unióban	Az Európai Közösségben / Európai Unióban működő meghatalmazott képviselőt jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.3	Gyártási dátum	Az orvostechnikai eszköz gyártásának dátumát jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.4	Lejárat dátum	Azt a dátumot jelöli, amelynél később az orvostechnikai eszköz nem használható.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.5	Tételkód / Tételszám	A gyártó által megadott tételkódot jelöli a tétel vagy szállítmány azonosítása céljából.







Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.6	Katalógusszám	A gyártó által megadott katalógusszámot jelöli az orvostechnikai eszköz azonosítása céljából.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.7	Sorozatszám	A gyártó által megadott sorozatszámot jelöli valamely meghatározott orvostechnikai eszköz azonosítása céljából.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.1.8*	Importőr	Az orvostechnikai eszközt az adott területre importáló jogi személyt jelzi
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.1	Steril	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyen sterilizációs eljárást végeztek.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.2	Aszeptikus feldolgozási technikák alkalmazásával sterilizált	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet elfogadott aszeptikus feldolgozási technikák alkalmazásával gyártottak.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.3	Etilén-oxiddal sterilizált	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet etilén-oxiddal sterilizáltak.





*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.4	Besugárással sterilizált	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet besugárással sterilizáltak.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.6	Ne sterilizálja újra	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet nem szabad újraszterilizálni.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.7	Nem steril	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyen nem végeztek sterilizációs eljárást.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.8	Ne használja, ha a csomagolás sérült, és olvassa el a használati útmutatót	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet nem szabad használni, ha a csomagolása megsérült vagy azt felnyitották, és jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót további információkért.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.9	Steril folyadékútl	Steril folyadékút jelenlétét jelzi az orvostechnikai eszköz belsejében, olyan esetekben, amikor az orvostechnikai eszköz egyéb részei, beleértve annak külsejét, nem steril kiszerezésűek lehetnek.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.11*	Egyszeres sterilgátrendszer	Egyszeres sterilgátrendszer jelenlétét jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.12*	Kettős sterilgátrendszer	Kettős sterilgátrendszer jelenlétét jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.13*	Egyszeres sterilgátrendszer belső védőcsomagolással	Belső védőcsomagolással kiegészített egyszeres sterilgátrendszer jelenlétét jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.2.14*	Egyszeres sterilgátrendszer külső védőcsomagolással	Külső védőcsomagolással kiegészített egyszeres sterilgátrendszer jelenlétét jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.2	Napfénytől óvni	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet fényforrásoktól óvni kell.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.4	Szárazon tartandó	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amelyet nedvességtől óvni kell.

*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.







Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.5	Alsó hőmérséklet-határ	Azt az alsó hőmérséklethatárt jelöli, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonsággal kitehető.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.6	Felső hőmérséklet-határ	Azt a felső hőmérséklethatárt jelöli, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonsággal kitehető.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.7	Hőmérséklet-határ	Azokat a hőmérséklethatárokat jelöli, amelyeknek az orvostechnikai eszköz biztonsággal kitehető.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.8	Páratartalom-korlátozás	Azt a páratartalom-tartományt jelöli, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonsággal kitehető.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.3.9	Légköri nyomás korlátozása	Azt a légnyomástartományt jelöli, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonsággal kitehető.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.2	Ne használja újra / Csak egyszeri használatra	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely kizárólag egyetlen felhasználásra szolgál.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.3	Olvassa el a használati útmutatót, vagy olvassa el az elektronikus használati útmutatót	Azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.4	Figyelem MEGJEGYZÉS: E szimbólum definíciója 2020-ban megváltozott, és eltávolítása a Cook termékek címkéiről folyamatban van. Ha ez a szimbólum egy Cook termék címkéjén jelenik meg, akkor a jobb oldalon látható (korábbi) definíció helyes.	Azt jelzi, hogy a felhasználónak a használati útmutatóban utána kell néznie olyan fontos figyelmeztető információknak, például figyelmeztetéseknek és óvintézkedéseknek, amelyek különböző okokból nem tüntethetők fel magán az orvostechnikai eszközön.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.4*	Figyelem MEGJEGYZÉS: Ha ez a szimbólum közvetlenül az orvostechnikai eszközön van feltüntetve, akkor a jobb oldalon látható definíció helyes.	Azt jelzi, hogy óvatosan kell eljárni a szimbólum elhelyezési helyének közelében lévő kezelőszerv vagy az eszköz működtetésekor, illetve hogy a jelenlegi helyzetben a kezelő figyelmére vagy cselekvésére van szükség bizonyos kellemetlen következmények elkerüléséhez.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.5	Természetes kaucsuk latexet tartalmaz, vagy az jelen van	Száraz természetes kaucsuk vagy természetes kaucsuk latex mint szerkezeti anyag jelenlétét jelzi az orvostechnikai eszközben vagy az orvostechnikai eszköz csomagolásában.






*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.6*	Emberi vért vagy plazmaszármazékokat tartalmaz	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely emberi vért vagy plazmaszármazékokat tartalmaz vagy foglal magában.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.7*	Gyógyhatású anyagot tartalmaz	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely gyógyhatású anyagot tartalmaz vagy foglal magában.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.8*	Állati eredetű biológiai anyagot tartalmaz	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely állati eredetű biológiai szövetet, sejteket vagy ezek származékait tartalmazza.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.9*	Emberi eredetű biológiai anyagot tartalmaz	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely emberi eredetű biológiai szövetet, sejteket vagy ezek származékait tartalmazza.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.4.10*	Veszélyes anyagokat tartalmaz	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely potenciálisan rákkeltő hatású, mutagén, reprodukciós toxicitású (CMR) anyagokat vagy az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat tartalmaz.







*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.







Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.6.3	Nem lázkeltő	Olyan orvostechnikai eszközt jelöl, amely nem lázkeltő.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.1*	Betegszám	Egy bizonyos beteghez rendelt egyedi számot jelöl.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.3*	Betegazonosítás	A beteg azonosító adatait jelöli.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.4*	Beteginformációs weboldal	Olyan weboldalt jelöl, ahol a beteg további információt szerezhet az egészségügyi termékről.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.5*	Egészségügyi központ vagy orvos	Annak az egészségügyi központnak vagy orvosnak a címét jelöli, amelynél/akinél a beteggel kapcsolatos orvosi információk megtalálhatók.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.6*	Dátum	Valamely információ rögzítésének vagy valamely orvosi eljárás elvégzésének a dátumát azonosítja.






*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.7*	Orvostechnikai eszköz	Azt jelöli, hogy a tárgy orvostechnikai eszköz.
	ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök - Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információszolgáltatásának jelképei	5.7.10*	Egyedi eszközazonosító	Olyan hordozót jelöl, amely egyedi eszközazonosító információt tartalmaz.
	ISO 7000/IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák BS EN 15986 Az orvostechnikai eszközök címkéin használandó jelképek. A ftalátokat tartalmazó orvostechnikai eszközök címkézési követelményei	2725	Egy- vagy többféle ftalátot tartalmaz, vagy az(ok) jelen van(nak), Ftalát(ok) kémiai rövidítése xxxx	Azt jelöli, hogy az orvostechnikai eszköz egy- vagy többféle ftalátot tartalmaz.
	ISO 7000/IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	2794	Csomagolási egység	A csomagban lévő darabok számát jelöli.
	ISO 7000/IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5333	BF típusú, testtel érintkező rész	Az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő, BF típusú, testtel érintkező részt azonosítja.

*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ISO 7000/IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5840	B típusú, testtel érintkező rész	Az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő, B típusú, testtel érintkező részt azonosítja.
	ISO 7000/IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5845	Belső átmérő	A belső átmérőre vonatkozó tájékoztatást jelöli.
	ISO 7000/IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5846	Külső átmérő	A külső átmérőre vonatkozó tájékoztatást jelöli.
	ISO 7010 Emblémák - Biztonsági színek és biztonsági jelzések - Nyilvántartott biztonsági jelzések	M002	Olvassa el a felhasználói kézikönyvet/füzetet	Azt jelzi, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyvet/füzetet.
	ISO 7010 Emblémák - Biztonsági színek és biztonsági jelzések - Nyilvántartott biztonsági jelzések	W001	Általános figyelemfelhívó jelzés	Általános figyelmeztetést jelöl.
	ISO 7010 Emblémák - Biztonsági színek és biztonsági jelzések - Nyilvántartott biztonsági jelzések	W012	Vigyázat: Elektromosság	Elektromosságra figyelmeztet.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	ASTM F2503-20 Általános gyakorlat orvostechikai eszközök és egyéb tárgyak megjelölésére a mágnesesrezonancia-környezet biztonsága érdekében	2. ábra	MR-biztonságos	Olyan tárgy, amely nem jár MR-környezetnek való expozíció okozta ismert egészségügyi kockázattal.
	ASTM F2503-20 Általános gyakorlat orvostechikai eszközök és egyéb tárgyak megjelölésére a mágnesesrezonancia-környezet biztonsága érdekében	4. ábra	MR-biztonságos	Olyan tárgy, amely nem jár MR-környezetnek való expozíció okozta ismert egészségügyi kockázattal
	ASTM F2503-20 Általános gyakorlat orvostechikai eszközök és egyéb tárgyak megjelölésére a mágnesesrezonancia-környezet biztonsága érdekében	5. ábra	MR-kondicionális	Olyan tárgy, amely MR-környezetben meghatározott feltételek mellett bizonyítottan biztonságos.
	ASTM F2503-20 Általános gyakorlat orvostechikai eszközök és egyéb tárgyak megjelölésére a mágnesesrezonancia-környezet biztonsága érdekében	6. ábra	MR-kondicionális	Olyan tárgy, amely MR-környezetben meghatározott feltételek mellett bizonyítottan biztonságos.
	ASTM F2503-20 Általános gyakorlat orvostechikai eszközök és egyéb tárgyak megjelölésére a mágnesesrezonancia-környezet biztonsága érdekében	8. ábra	Nem MR-biztonságos	Olyan tárgy, amely MR-környezetben elfogadhatatlan kockázatot jelent a beteg, az orvosi személyzet és az ott tartózkodó egyéb személyek számára.
	ASTM F2503-20 Általános gyakorlat orvostechikai eszközök és egyéb tárgyak megjelölésére a mágnesesrezonancia-környezet biztonsága érdekében	9. ábra	Nem MR-biztonságos	Olyan tárgy, amely MR-környezetben elfogadhatatlan kockázatot jelent a beteg, az orvosi személyzet és az ott tartózkodó egyéb személyek számára.

Szimbólum	Szabvány	Hivatkozási szám	Elnevezés	Leírás
	BS EN 50419 Elektromos és elektronikus berendezések jelölése a 2002/96/EK irányelv (WEEE) 11(2) cikkének megfelelően 2012/19/EU (WEEE) irányelv	1. ábra	Újrafeldolgozás: Elektronikus berendezések	Elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtése.
	IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5009	Készenléti üzemmód	Azt a kapcsolót vagy a kapcsolónak azt az állását azonosítja, amelynek használatával a készüléket bekapcsolva az üzemi üzemmódba helyezhető.
	IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5031	Egyenáram	Annak jelzése az adattáblán, hogy a készülék kizárólag egyenárammal való használatra alkalmas; a megfelelő terminálok azonosítása.
	IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5032	Váltakozó áram	Annak jelzése az adattáblán, hogy a készülék kizárólag váltakozó árammal való használatra alkalmas; a megfelelő terminálok azonosítása.
	IEC 60417 A berendezéseken használt grafikus ábrák	5114	Lábkapcsoló	Lábkapcsolót vagy lábkapcsolóhoz való csatlakozót azonosít.

Szimbólum	Szabvány	Hivatko- zási szám	Elnevezés	Leírás
IPN₁N₂	IEC 60529 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védetség fokok (IP-kód)	N/A	Környezeti behatásokkal szembeni védetség besorolása MEGJEGYZÉS: Minél magasabb a szám, annál nagyobb a védetség. Ha a szám megadása nem kötelező, az X betű lép a helyébe.	Az első számjegy a burkolat nyújtotta védetség szintjét jelzi szilárd idegen tárgyak behatolása ellen. A második számjegy a burkolaton belül elhelyezett készülék folyadék behatolásával szembeni védetsége szintjét jelzi.
Rx only	21 CFR 801.15 21 CFR 801.109	(c) (1) (i) (F) (b) (1)	Kizárólag receptre	Figyelem: Az Egyesült Államok szövetségi törvénye értelmében ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvos rendelésére értékesíthető.
CE	MDD 93/42/EEC MDR 2017/745 765/2008 (EK) rendelet	XII. melléklet 20. cikk II. melléklet	CE-jelölés, Tartalmazhatja a bejelentett szervezet hivatkozási számát xxxx	Jelentése: európai műszaki megfelelőség.
Australian Sponsor	Regulation 10.2 (10.2. szabályozás) Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 (A terápiás árukra (orvostechnikai eszközökre) vonatkozó 2002. évi szabályozások)	Essential Principle 13.2 & 13.3 (13.2. és 13.3. alapelv)	Ausztrál megbízó	Azonosítja az ausztrál megbízót.

Szimbólum	Szabvány	Hivatko- zási szám	Elnevezés	Leírás
UK CA	Medicines and Medical Devices Act 2021 (Gyógyszerekről és orvostechnikai eszközökről szóló 2021-es törvény)	4. rész, 1. fejezet, 16. szakasz (1) (f)	UKCA-jelölés	A nagy-britanniai műszaki megfelelőséget jelzi.

*A jelenleg ISO-harmonizációra váró, jóváhagyott szimbólumok a „Hivatkozási szám” oszlopban csillaggal vannak jelölve.