


















Słownik standardowych symboli

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.1	Producent	Wskazuje producenta wyrobu medycznego zgodnie z definicją w dyrektywach UE 90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/79/WE oraz w rozporządzeniu UE 2017/745.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.2	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej	Wskazuje upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej / Unii Europejskiej.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.3	Data produkcji	Wskazuje datę produkcji wyrobu medycznego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.4	Termin ważności	Wskazuje datę, po której nie wolno używać wyrobu medycznego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.5	Numer serii / Numer partii	Wskazuje numer serii producenta, który umożliwia zidentyfikowanie serii lub partii.







Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.6	Numer katalogowy	Wskazuje numer katalogowy producenta, który umożliwia zidentyfikowanie wyrobu medycznego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.7	Numer seryjny	Wskazuje numer seryjny producenta, który umożliwia zidentyfikowanie konkretnego wyrobu medycznego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.1.8*	Importer	Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny do danej lokalizacji
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.1	Sterylny	Wskazuje wyrób medyczny, który został poddany procesowi sterylizacji.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.2	Sterylizowany z zachowaniem zasad aseptyki	Wskazuje wyrób medyczny, który został wyprodukowany z zachowaniem przyjętych zasad aseptyki.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.3	Sterylizowany tlenkiem etylenu	Wskazuje wyrób medyczny, który został wysterylizowany przy pomocy tlenku etylenu.





* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.4	Sterylizowany napromienia- niem	Wskazuje wyrób medyczny, który został wysterylizowany przy pomocy napromieniania.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.6	Nie sterylizować ponownie	Wskazuje wyrób medyczny, którego nie wolno sterylizować ponownie.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.7	Niesterylny	Wskazuje wyrób medyczny, który nie został poddany procesowi sterylizacji.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.8	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone; sprawdzić w instrukcji użycia	Wskazuje wyrób medyczny, którego nie należy używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte; w takiej sytuacji użytkownik powinien sprawdzić instrukcję użycia w celu uzyskania dodatkowych informacji.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.9	Sterylna ścieżka pływu	Wskazuje na obecność sterylnej ścieżki pływu wewnątrz wyrobu medycznego w sytuacji, gdy inne części wyrobu medycznego, w tym powierzchnie zewnętrzne, mogą nie być dostarczane w stanie sterylnym.



Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.11*	System pojedynczej bariery sterylnej	Wskazuje na system pojedynczej bariery sterylnej.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.12*	System podwójnej bariery sterylnej	Wskazuje na dwa systemy bariery sterylnej.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.13*	System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz	Wskazuje na system pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.2.14*	System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym na zewnątrz	Wskazuje na system pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym na zewnątrz.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.2	Chronić przed światłem słonecznym	Wskazuje wyrób medyczny, który wymaga ochrony przed źródłami światła.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.4	Chronić przed wilgocią	Wskazuje wyrób medyczny, który wymaga ochrony przed wilgocią.

* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.






Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.5	Dolna granica temperatury	Wskazuje dolną granicę temperatury, na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.6	Górna granica temperatury	Wskazuje górną granicę temperatury, na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.7	Ograniczenie temperatury	Wskazuje granice temperatury, na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.8	Ograniczenie wilgotności	Wskazuje zakres wilgotności, na działanie której można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.3.9	Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego	Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na działanie którego można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.2	Nie używać ponownie / Wyłącznie do jednorazowego użytku	Wskazuje wyrób medyczny, który jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.3	Sprawdzić w instrukcji użycia lub sprawdzić w elektronicznej instrukcji użycia	Wskazuje na potrzebę sprawdzenia przez użytkownika instrukcji użycia.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.4	Przeostroga UWAGA: Definicja tego symbolu została zmieniona w 2020 roku i jest usuwana z etykiet firmy Cook. Jeśli ten symbol jest umieszczony na etykiecie firmy Cook, wówczas (poprzednia) definicja znajdująca się po prawej stronie jest prawidłowa.	Wskazuje na potrzebę sprawdzenia przez użytkownika instrukcji użycia w celu uzyskania ważnych informacji ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności, które z różnych powodów nie mogą zostać umieszczone na samym wyrobie medycznym.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.4*	Przeostroga UWAGA: Jeśli ten symbol jest umieszczony bezpośrednio na wyrobie medycznym, wówczas definicja znajdująca się po prawej stronie jest prawidłowa.	Wskazuje na potrzebę zachowania ostrożności podczas obsługi wyrobu lub elementu sterowania w pobliżu miejsca, w którym ten symbol jest umieszczony, albo że bieżąca sytuacja wymaga uwagi operatora lub działania operatora w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.5	Zawartość lub obecność naturalnej gumy lateksowej	Wskazuje na obecność naturalnej gumy suchej lub naturalnej gumy lateksowej jako materiału konstrukcyjnego wewnątrz wyrobu medycznego lub opakowania wyrobu medycznego.






* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.6*	Zawiera pochodne krwi ludzkiej lub osocza ludzkiego	Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera lub obejmuje pochodne krwi ludzkiej lub osocza ludzkiego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.7*	Zawiera substancję leczniczą	Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera lub obejmuje substancję leczniczą.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.8*	Zawiera materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego	Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera tkanki biologiczne, komórki lub ich pochodne pochodzenia zwierzęcego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.9*	Zawiera materiał biologiczny pochodzenia ludzkiego	Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera tkanki biologiczne, komórki lub ich pochodne pochodzenia ludzkiego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.4.10*	Zawiera substancje niebezpieczne	Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera substancje mogące mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwie na rozrodczość (CMR) albo substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.







* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.







Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.6.3	Niepirogenny	Wskazuje wyrób medyczny, który jest niepirogenny.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.1*	Numer pacjenta	Wskazuje niepowtarzalny numer związany z konkretnym pacjentem.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.3*	Identyfikacja pacjenta	Wskazuje dane identyfikacyjne pacjenta.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.4*	Strona internetowa z informacjami dla pacjentów	Wskazuje stronę internetową, na której pacjent może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktu medycznego.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.5*	Placówka służby zdrowia lub lekarz	Wskazuje adres placówki służby zdrowia lub lekarza, pod którym można uzyskać informacje medyczne dotyczące pacjenta.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.6*	Data	Wskazuje datę wprowadzenia informacji lub wykonania zabiegu medycznego.






* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.7*	Wyrób medyczny	Oznacza, że produkt jest wyrobem medycznym.
	ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach	5.7.10*	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Wskazuje nośnik, który zawiera informacje dotyczące niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu.
	ISO 7000/IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach BS EN 15986 Symbole używane w oznakowaniu wyrobów medycznych – Wymagania dotyczące oznakowania wyrobów medycznych zawierających ftalany	2725	Zawartość lub obecność jednego lub większej liczby ftalanów Skróty chemiczne ftalanów: xxxx	Oznacza, że wyrób medyczny zawiera jeden lub większą liczbę ftalanów.
	ISO 7000/IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	2794	Jednostka opakowania	Wskazuje liczbę sztuk produktu w opakowaniu.
	ISO 7000/IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5333	Część aplikacyjna typu BF	Wskazuje część aplikacyjną typu BF zgodną z normą IEC 60601-1.

* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ISO 7000/IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5840	Część aplikacyjna typu B	Wskazuje część aplikacyjną typu B zgodną z normą IEC 60601-1.
	ISO 7000/IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5845	Średnica wewnętrzna	Wskazuje odniesienie do średnicy wewnętrznej.
	ISO 7000/IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5846	Średnica zewnętrzna	Wskazuje odniesienie do średnicy zewnętrznej.
	ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa	M002	Zapoznać się z instrukcją użycia / broszurą	Wskazuje konieczność zapoznania się z instrukcją użycia / broszurą.
	ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa	W001	Symbol ostrzeżenia ogólnego	Wskazuje ostrzeżenie ogólne.
	ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa	W012	Ostrzeżenie: prąd elektryczny	Ostrzega o prądzie elektrycznym.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	ASTM F2503-20 Standardowa praktyka oznaczania wyrobów medycznych i innych produktów pod kątem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Rys. 2	Produkt bezpieczny w środowisku NMR	Produkt, który nie stanowi żadnego znanego zagrożenia dla zdrowia w żadnym środowisku NMR.
	ASTM F2503-20 Standardowa praktyka oznaczania wyrobów medycznych i innych produktów pod kątem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Rys. 4	Produkt bezpieczny w środowisku NMR	Produkt, który nie stanowi żadnego znanego zagrożenia dla zdrowia w żadnym środowisku NMR.
	ASTM F2503-20 Standardowa praktyka oznaczania wyrobów medycznych i innych produktów pod kątem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Rys. 5	Warunkowo dopuszczone do stosowania podczas badania NMR	Produkt, którego bezpieczeństwo w środowisku NMR wykazano w określonych warunkach.
	ASTM F2503-20 Standardowa praktyka oznaczania wyrobów medycznych i innych produktów pod kątem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Rys. 6	Warunkowo dopuszczone do stosowania podczas badania NMR	Produkt, którego bezpieczeństwo w środowisku NMR wykazano w określonych warunkach.
	ASTM F2503-20 Standardowa praktyka oznaczania wyrobów medycznych i innych produktów pod kątem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Rys. 8	Produkt niebezpieczny w środowisku NMR	Produkt, który stanowi niemożliwe do zaakceptowania ryzyko dla pacjenta, personelu medycznego lub innych osób w środowisku NMR.
	ASTM F2503-20 Standardowa praktyka oznaczania wyrobów medycznych i innych produktów pod kątem bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Rys. 9	Produkt niebezpieczny w środowisku NMR	Produkt, który stanowi niemożliwe do zaakceptowania ryzyko dla pacjenta, personelu medycznego lub innych osób w środowisku NMR.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
	BS EN 50419 Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE) Dyrektywa WEEE 2012/19/UE	Rys. 1	Recykling: urządzenia elektroniczne	Osobna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5009	Stan gotowości	Wskazuje przełącznik lub pozycję przełącznika, za pomocą których część urządzenia jest włączana w celu jej przejścia do stanu gotowości.
	IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5031	Prąd stały	Wskazuje na tabliczce znamionowej, że urządzenie jest przystosowane tylko do prądu stałego; wskazuje odpowiednie złącza.
	IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5032	Prąd przemienny	Wskazuje na tabliczce znamionowej, że urządzenie jest przystosowane tylko do prądu przemiennego; wskazuje odpowiednie złącza.
	IEC 60417 Symbole graficzne stosowane w urządzeniach	5114	Przełącznik nożny	Wskazuje przełącznik nożny lub złącze przełącznika nożnego.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
IPN₁N₂	IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)	Nd.	Stopień ochrony przed wnikaniem UWAGA: Im większa cyfra, tym większy stopień ochrony. Jeśli podanie cyfry nie jest wymagane, jest ona zastępowana literą „X”.	Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony, który zapewnia obudowa przed wnikaniem ciał obcych w postaci stałej. Druga cyfra oznacza stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed wnikaniem cieczy.
Rx only	21 CFR 801.15 21 CFR 801.109	(c) (1) (i) (F) (b) (1)	Wyłącznie na zlecenie	Przeostroga: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.
CE	MDD 93/42/EEC MDR 2017/745 Rozporządzenie (WE) 765/2008	Załącznik XII Artykuł 20 Załącznik II	Oznakowanie CE Może zawierać numer referencyjny xxxx jednostki notyfikowanej	Oznacza zgodność techniczną z wymaganiami Unii Europejskiej.
Australian Sponsor	Regulation 10.2 (Rozporządzenie 10.2) Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 (Rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych (wyrobów medycznych) z 2002 r.)	Essential Principle 13.2 & 13.3 (Podstawowa zasada 13.2 i 13.3)	Sponsor australijski	Wskazuje sponsora australijskiego.

Symbol	Norma	Nr ref.	Tytuł	Opis
UK CA	Medicines and Medical Devices Act 2021 (Ustawa o lekach i wyrobach medycznych z 2021 r.)	Część 4, rozdział 1, artykuł 16 (1) (f)	Oznakowanie UKCA	Oznacza zgodność techniczną dla Wielkiej Brytanii.

* Zatwierdzone symbole obecnie oczekujące na harmonizację ISO są oznaczone gwiazdką w kolumnie „Nr ref.”.